



Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę **3 lamp odkażających** o następujących **lub lepszych** parametrach technicznych:

CECHY SPRZĘTOWE

- Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz
- Pobór mocy: 115 W
- Natężenie promieniowania UV-C (1 m): 100 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- Trwałość promiennika: 8000 h
- Wydajność wentylatora: 130 m^3/h
- Dezynfekowana kubatura: 25-50 m^3
- Zasięg działania: 10-20 m^2
- Klasa zabezpieczenia ppor.: I
- Typ obudowy: IP 20

Prosimy o uwzględnienie w ofercie:

1. Cenny jednostkowej brutto
2. Kosztu dostawy oraz przewidywanego terminu realizacji zamówienia
3. Warunków gwarancji i serwisu
4. Terminu ważności oferty

Ofertę prosimy przelać:

- w terminie do **18 marca**
- na adres e-mail: zarzad@zjednoczenia.pl

Z poważaniem,
Monika Jędrzejczyk
Prokurent



sekretariat@zjednoczenia.pl



32 632 02 90



www.zjednoczenia.pl

Centrum Medyczne
Zjednoczenia Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 3
41- 500 Chorzów

NIP 6272357630
REGON 276620438