



Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę **2 Holterów ciśnieniowych** o następujących **lub lepszych** parametrach technicznych:

CECHY SPRZĘTOWE

- Ekran: Czytelny kolorowy, 320x240 pikseli
- Wskaźnik naładowania baterii
- Pamięć: 300 pomiarów
- Transfer danych: port USB
- Oprogramowanie do analizy wyników
- Metoda pomiaru: oscylometryczna
- Tryby pracy: manualny, automatyczny, na żądanie
- Parametry mierzone: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie, puls
- Zakres pomiarów (dorośli): 10-270 mmHg; puls: 30-220
- Zakres pomiarów (dzieci): 10-200 mmHg; puls: 30-220
- Zakres pomiarów (niemowlęta): 10-135 mmHg; puls: 30-220
- Dokładność: puls: 2% lub 3 ud/min

Prosimy o uwzględnienie w ofercie:

1. Cenny jednostkowej brutto
2. Kosztu dostawy oraz przewidywanego terminu realizacji zamówienia
3. Warunków gwarancji i serwisu
4. Terminu ważności oferty

Ofertę prosimy przesać:

- w terminie do **18 marca**
- na adres e-mail: zarzad@zjednoczenia.pl

Z poważaniem,
Monika Jędrzejczyk
Prokurent



sekretariat@zjednoczenia.pl



32 632 02 90



www.zjednoczenia.pl

Centrum Medyczne
Zjednoczenia Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 3
41- 500 Chorzów

NIP 6272357630
REGON 276620438